

仕様書

1. 物件 システム生物顕微鏡
2. 使用用途 細胞診検査用（明視野観察）
3. 数量 生物顕微鏡一式 一台
但し、機種はBX43（エビデント）もしくは エクリプス CiL プラス（ニコン）の
いずれかとする
4. 納入場所
福島県福島市方木田字水戸内 19-6 公益財団法人福島県保健衛生協会
細胞診センター3 階 細胞診管理センター
5. 納入期限 令和 7 年 10 月 31 日
6. 仕様
 - (1) 顕微鏡本体・光源・電源一式
 - ① 明視野観察が可能な正立型顕微鏡であること
 - ② 標本と対物レンズの干渉防止のために粗動上限ストッパが付属していること
 - ③ 粗動ハンドルトルク調整機能付であること
 - ④ LED 光源であること
 - (2) 鏡筒・レボルバー
 - ① 二眼鏡筒であること
 - ② 高さ、俯角が調整可能であること
BX43：U-TBI-3, エクリプス：C-TE2
 - ③ レボルバーは5穴以上であること
 - (3) ステージ
 - ① 共軸左下ハンドル方式であること
 - ② XY 移動のトルク調整機構付であること
 - ③ 表面にキズ防止のコーティングがなされていること
 - ④ 標本ホルダが2枚検鏡用右開薄であること
 - (4) コンデンサー
アッペコンデンサーであること
 - (5) 接眼レンズ
倍率は 10×であること
 - (6) 対物レンズ
4×、10×、40×の 3 個で下記の性能以上のもの

10× 開口数 0.25 以上

40× 開口数 0.60 以上

(7) 付属品

ダストカバー

- (8) その他鏡検時の色合いについて、必要があればフィルター等で調整すること。
設置調整費を含むこと。

7. 特記事項

- (1) 納入者は、定期点検および製品故障時には、速やかに対応できる専門的技術サービス体制を有していること。
- (2) 物件の無償保証期間は納品日から 1 年間であること。無償保証期間に通常の使用状態において、故障、破損、性能低下等が生じた場合は、メーカーにて修理又は機器を交換すること。その際は、一切の費用を発生させることがないこと。
- (3) 物件が故障等した場合の対応は、無償保証期間に限らず、スタッフを派遣して修理を行う、または、必要に応じ当該製品をメーカーに送付し修理等を行う、のいずれにも対応すること。装置の運用に支障をきたさない確実な部品供給体制を有すること。